HOSPCOM
Porque a vida exige precisão.

Hospcom Equipamentos Hospitalares LTDA
CNPJ: 05.743.288/0001-08. **Inscrição Estadual:** 10.366.017-8. **Inscrição Municipal:** 199210-4
Endereço: Rua 104 nº 74 Setor Sul Goiânia, Goiás **CEP:** 74083-300 **Telefone:** (62) 3241.5555
www.hospcom.net

Goiânia, 25 de Julho de 2024.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024
ABERTURA DIA 30/07/2024 ÀS 09:00 HORAS

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

À Comissão Permanente de Licitação

A **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, registrada no CNPJ nº 05.743.288/0001-08, situada na rua 104, nº74, setor sul, Goiânia – GO, vem por meio desta, solicitar respeitosamente, esclarecimento em conformidade, com o Edital que tem como objeto é **"Registro de preços de materiais permanentes para atender as necessidades do setor de Médico/Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia na Coordenadoria de Saúde".**

Senhores, ao analisarmos o Edital, notamos a necessidade de **esclarecimento** ao **item 06.**

Esclarecemos o presente processo, no **item 06 – MONITOR MULTIPARÂMETRO.**

É percebido que o termo de referência, está incompleto, deixando de elencar itens de extrema importância para o conjunto e a usabilidade do equipamento, permitindo que empresas ofertem um produto incompleto sem a presença de partes fundamentais para o uso, segue sugestões se fazem necessárias para que haja um aproveitamento maior do recurso público, visto que com o valor estimado, pode-se adquirir equipamentos de altíssima qualidade.

Para o item MONITOR MULTIPARAMETRO, sugerimos a adesão destes pontos, importantes que infelizmente não estão presentes no edital:

Ponto 1 **-** Sugerimos acrescentar "deve monitorizar parâmetros de qt/qtc com cabo de 5 ou 6 vias", sendo que quando acrescentamos uma tecnologia de análise qt/qtc, proporcionamos a melhor avaliação do paciente após análise do traçado completo de ECG, tendo um prognóstico rápido e com precisão;

Ponto 2 – Acrescentar "O equipamento deve ter tela de TFT ou LCD colorido com no mínimo 10", resolução de no mínimo 800 x 600 pixels", dessa forma irá garantir uma qualidade de imagem no monitor e consequentemente permitir que o operador identifique com maior precisão e qualidade possíveis alterações dos sinais vitais do paciente.

Ponto 3 - Sugerimos acrescentar: "o equipamento deve permitir a análise de pelo menos 25 tipos de arritmias", isso permite que mais arritmias sejam detectadas e seja realizada a intervenção clínica de forma precoce e com agilidade, impactando na assistência prestada.

Ponto 4 - Sugerimos acrescentar: "Faixa de medida da Frequência Cardíaca (FC): 30 a 300 BPM; Faixa de medida da Frequência Respiratória (FR): 6 a 100 RPM; Faixa de medida da Temperatura: 5 a 45 °C". Importante definir as faixas desejadas de parâmetros básicos para conseguir equipamentos de qualidade e assim garantir a monitorização adequada dos pacientes que necessitem da assistência.

Ponto 5 - Sugerimos acrescentar: "PNI coloca com tecnologia própria com valores de pressão arterial sistólica (pas) de no mínimo 40 a 260mmhg, pressão arterial diastólica (pad) de no mínimo 25 a 220

Hospcom Equipamentos Hospitalares LTDA
CNPJ: 05.743.288/0001-08. **Inscrição Estadual:** 10.366.017-8. **Inscrição Municipal:** 199210-4
Endereço: Rua 104 nº 74 Setor Sul Goiânia, Goiás **CEP:** 74083-300 **Telefone:** (62) 3241.5555
www.hospcom.net

mmhg e pressão arterial média (pam) de no mínimo 25 a 250 mmhg de acordo com nbr iec 80601-2-30 ou norma internacional equivalente; modos de medida: manual, automático;" ajustando estes limites de análise temos como objetivo melhorar e ampliar a avaliação de pressão não invasiva pois este parâmetro tem como um ponto crucial nos pacientes a serem avaliados, e aumentando esta faixa de medida podemos abranger mais doenças fisiológicas na hora do diagnostico, garantindo uma avaliação mais rápida e fidedigna para pacientes cardíacos.

Ressaltamos que estas sugestões trazem ao órgão maior credibilidade e possibilidade de adesão de produtos de alta qualidade e segurança para melhor atender as demandas do estabelecimento.

- CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS

Assim sendo, solicitamos o acolhimento destes esclarecimentos.

Desde já agradeço a compreensão e aguardo a melhoria do termo de referência publicado.

Ana Paula G. Fagundes

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ANA PAULA GONÇALVES FAGUNDES
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 4980958 PC/GO
CPF: 007.559.551-61
licitacao@hospcom.net